

【 令和 2 年度 】

『全国労働衛生団体連合会の精度管理調査において、胸部エックス線検査分野で【A 評価】を取得しました。
これからも検査の品質・精度向上を進め、良質で安全・安心の健康診断に貢献していきます。』




令和 3 年 1 月 26 日

精度管理調査評価結果通知書 【胸部エックス線検査分野】

施設コード： 26003

(一財)京都労働災害被災者援護財団 京都市南診療所 殿

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
総合精度管理委員会
胸部エックス線検査専門委員会



令和 2 年度 全衛連エックス線写真精度管理調査を評価した結果

貴施設は、【 胸部エックス線画像の
審査結果は 評価 **A** 】に
なりましたので通知します。

【評価区分】

- 評価 A：評価合計点の平均が、85 点以上。
- 評価 B：評価合計点の平均が、70 点以上 85 点未満。
- 評価 C：評価合計点の平均が、60 点以上 70 点未満。
- 評価 D：評価合計点の平均が、60 点未満。